

Słupsk dnia 01. 04. 2019 r.

Sprawa nr: **SE-407/9/19**

Strona internetowa:

www.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz sprzętem medycznym.**

W dniu 29 marca 2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

1. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.1 - Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza do zaoferowania ambulansie w których ściany i sufit przedziału medycznego wykonane są w innej technologii niż „szczelne tłoczenia”, „tłoczone profile” (np. z wykorzystaniem płyt z twardego PCV, z elementami laminowanymi) spełniającej wymagania normy PN-EN 1789+A2:2015 oraz pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. 1 Zamawiający wymaga nowoczesnej ale już szeroko stosowanej technologii zabudowy ścian i sufitu w ambulansie i nie może dopuścić technologii z twardych płyt PVC, która nie posiada cech równoważnych do wymaganej w SIWZ.

2. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.1 – prosimy o dopuszczenie samochodu z DMC 3,88 t., które jest wystarczające do zapewnienia rezerwy masowej dla ambulansu typu C.

Odp.2 Zgodnie z SIWZ

3. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.2 – prosimy o doprecyzowanie ilość miejsc siedzących w ambulansie – w opisanym punkcie są to 4 miejsca, natomiast w dalszej części jest to 5 miejsc.

Odp. 3 Zamawiający wymaga przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.

4. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.13 – prosimy o podanie marki i modelu krzeselka jakie będzie przewożone w schowku zewnętrznym w celu przygotowania odpowiedniego mocowania.

Odp. 4 Zamawiający taką wiedzę będzie miał dopiero po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania dlatego też oczekuje mocowania na tyle uniwersalnego, które nie ograniczało by się tylko do jednego modelu.

5. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.13 – prosimy o dopuszczenie miejsca montażu deski ortopedycznej dla dzieci w przedziale medycznym z dostępem przez drzwi tylne w specjalnej wnęce.

Odp. 5 Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.14 – Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego tylko w poduszki czołowe oraz miednicowe (bez bocznych i nadokiennech), które są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa, a także pozwolą złożyć konkurencyjną ofertę.

Odp. 6 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ.

7. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.14 – Prosimy o dopuszczenie ambulansu nie wyposażonego w poduszki nadokienne – kurtynowe.

Odp. 7 Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

8. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.27 – Zamawiający wymaga aby instalacja elektryczna zabudowy wykorzystywała fabryczny moduł producenta do sterowania funkcjami przedziału medycznego – prosimy o dopuszczenie aby sterowanie funkcjami przedziału medycznego odbywało się poprzez moduł producenta zabudowy co jest rozwiązaniem nowatorskim oraz nie ma wpływu na funkcjonowanie elementów zabudowy medycznej.

Odp. 8 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ.

9. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.29 – czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy opisie funkcji panelu sterującego (sterowania blokadą drzwi pomiędzy przedziałami) – Zamawiający wymaga pełnej ściany działowej. Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odp. 9 Zamawiający rezygnuje z tego wymogu.

10. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt. VII.4 – prosimy o dopuszczenie montażu niezależnego ogrzewania wodnego na etapie produkcji ambulansu co nie ma wpływu na użytkowanie, a urządzenie spełnia taką samą funkcję jak to montowane fabrycznie.

Odp. 10 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ.

11. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.IX.1-2 – prosimy o dopuszczenie belek które są wypełnione modułami świetlnymi w przedniej części natomiast nie całej – na środku belki jest miejsce na napis ambulans. Nie ma to wpływu na widoczność i spełnia wymagania ustawy oraz norm.

Odp. 11 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ.

12. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.IX.1-2 – prosimy o dopuszczenie belek świetlnych marki Federal model Aurum które posiadają homologację R10, spełniają wymagania ustaw o ruchu drogowym oraz są zgodne z normami.

Odp. 12 Sygnalizacja uprzywilejowana ma spełniać minimalne wymagania opisane w SIWZ.

13. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.IX.6 – prosimy o potwierdzenie iż dodatkowe światła led na błotnikach dotyczą tylko błotników przednich.

Odp. 13 Tak, potwierdzamy.

14. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.2 – prosimy o dopuszczenie fotela u wezłowia noszy bez zintegrowanych pasów do przewożenia dzieci. Zamiast tego prosimy o równoważne dopuszczenie uprząży do przewożenia dziecka na noszach lub w fotelu. Uprząż zajmuje mniej miejsca, jej montaż jest bardzo prosty, jest rozwiązaniem tańszym, a przewóz dzieci w ambulansie występuje bardzo rzadko (kazuistycznie).

Odp. 14 Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje wymagania SIWZ.

15. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.2 – prosimy o dopuszczenie tablicy sucho-ścieralnej o wymiarach 30x30 cm, które są wystarczające do zapisania potrzebnych danych.

Odp. 15 Zamawiający dopuszcza tablicę sucho-ścieralną o minimalnych wymiarach 500x500 mm.

16. W przypadku odpowiedzi negatywnej na poprzednie pytanie prosimy o podanie min. wymiarów jakie musi posiadać wymagana przez Państwa tablica.

Odp. 16 Jak wyżej.

17. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.3 – prosimy o doprecyzowanie – czy jeśli dostęp do urządzenia do masażu klatki piersiowej jest z przedziału medycznego oraz z zewnętrznego schowka i posiada atest (co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego przez Państwa – podwójna dostępność), Wykonawca może uznać iż spełnia parametr punktowany?

Odp. 17 Zgodnie z SIWZ.

18. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.3 – prosimy o podanie marki i modelu urządzenia do masażu klatki piersiowej jaki będzie przewożony w ambulansie.

Odp. 18 Zamawiający taką wiedzę będzie miał dopiero po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania dlatego też oczekuje mocowania na tyle uniwersalnego, które nie ograniczało by się tylko do jednego modelu.

19. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.6 – z uwagi na różne rozmiary respiratorów prosimy o dopuszczenie miejsca na respirator nie w sufitowej wnęce, a na odrębnym adapterze na ścianie lewej.

Odp. 19 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

20. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.9 – pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na opisane przez niego rozwiązanie. Zamawiający wymaga montażu lawety do przesuwanych paneli, żeby nie ingerować w podłogę ambulansu i mieć możliwość zamontowania dowolnej lawety. Po pierwsze, aby zamontować przesuwne panele również trzeba zaingerować w podłogę (wymagane jest przykręcenie 8-16 śrub mocujących), przy montażu lawety do podłogi wystarczą 4 śruby. Po drugie do podłogi również można przykręcić dowolną postawę do noszy głównych. Po trzecie, w historii firmy nigdy nie zdarzyło się aby Zamawiający w czasie użytkowania ambulansu wymieniał lawetę, a nawet gdyby chciał to zrobić to pewnie zrobił by to przy użyciu autoryzowanego serwisu, aby mieć pewność że jest to odpowiednio zrobione. Jesteśmy świadomi, iż nie jest to parametr wymagany lecz punktowany, natomiast prosimy o podanie kontrargumentów, które może uświadomią nam logikę wymaganego rozwiązania.

Odp. 20 Zamawiający określił wymagania dla przedmiotu zamówienia również w zakresie kryteriów poza cenowych aby dać możliwość złożenia ofert wykonawcą spełniającym minimalne wymagania SIWZ.

21. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.15 - prosimy o dopuszczenie dwóch anten typu „rekinek”, anten dwuzakresowych GPS/GSM – kompatybilnych z systemem SWD oraz sprawdzonych i użytkowych przez inne podmioty PRM o parametrach:

Antena typu: SHARK

Zakres fal : GPS, GSM

Rodzaj złącz: 2 X SMA-A Kątowe 90 stopni (SMA1112A53G550)

Wymiary otworu montażowego: fi 15mm

Zysk w paśmie GSM: 2,15 dBi

Impedancja falowa GSM: 50 ohm

Zysk w pasmie GPS: 3 dBi

Impedancja falowa GPS: 50 ohm

Rodzaj przewodu: RG174

Odp. 21 Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.16 – prosimy o doprecyzowanie czy radiotelefon przewoźny wymagany przez użytkownika ma być

równoważny do radiotelefonu ICOM czy KENWOOD z uwagi, iż są to dwa różne radiotelefony.

Odp. 22 Równoważny do radiotelefonu KENWOOD.

23. Dotyczy załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, pkt.XI.18 – prosimy o potwierdzenie, iż wymienione uchwyty mają zostać ujęte w cenie przetargowej i Wykonawca ma je dostarczyć wraz z ambulansem.

Odp. 23 Tak, potwierdzamy.

24. Dotyczy system SWD PRM – prosimy o doprecyzowanie w jakie elementy systemu SWD ma być uzbrojony ambulans, a które elementy są po stronie Zamawiającego:

- a. Moduł Teltonika,
- b. Stacja dokująca z zasilaczem
- c. Drukarka
- d. Moduł GPS

Odp. 24 Ambulans ma być wyposażony w moduł GPS i Teltonika.

25. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymian oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. 25 Zgodnie z SIWZ.

26. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. 26 Zgodnie z SWIZ.

27. Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odp. 27 Zgodnie z SIWZ.