

Słupsk dnia 02. 04. 2019 r.

Sprawa nr: **SE-407/9/19**

Strona internetowa:

www.pogotowie.słupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz sprzętem medycznym.**

W dniu 01 kwietnia 2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

Pytanie 1.

Wprowadzanie i wyprowadzanie zestawu transportowego przez ratowników medycznych jest czynnością wykonywaną kilkanaście razy w ciągu doby. Aby zniwelować ryzyko związane z wypadkami podczas wykonywania tych czynności prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i pacjentów będzie wymagał, aby transporter noszący głównych posiadał dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd zestawu z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni? Takie rozwiązanie niweluje ryzyko związane z mimowolnym „opadnięciem” noszący wraz z pacjentem na ziemię.

Odp. Zamawiający dopuszcza taki transporter.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający oczekuje, aby transporter noszący głównych posiadał system automatycznego składania/rozkładania goleni przednich i tylnych przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.? Jest to rozwiązanie, które umożliwia bezpieczne wykonywanie czynności załadunku/rozładunku przez jedną osobę. Rozwiązanie, które wymaga zastosowania dźwigni jest mniej ergonomiczne oraz w dużo większym stopniu niebezpieczne przy wykonywaniu tej czynności przez jedną osobę. Płynna i ergonomiczna obsługa transportera podczas wprowadzania noszący do ambulansu i wyprowadzania z niego, przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa i minimalnym obciążeniu ratowników.

Odp. Nie, ale dopuszcza taki transporter.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system transportu pacjenta tj. nosze wraz z transporterem niezgodne z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1?

Odp. Zamawiający określił w SWIZ minimalne wymagania w tym zakresie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac podciśnieniowy o wymiarach 210x100cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga aby płachta ratownicza posiadała odporność ogniową dla niedużych płomieni określone w normie NFPA 701, ULC S-109.

Odp. Nie, ale dopuszcza taką płachtę.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający oczekuje aby konstrukcja płachty ratowniczej była z materiału winylowego wzmocnionego dodatkowo włóknami wykonany jako jeden kawałek bez szwów? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Uzasadnienie :

Konstrukcja jednego kawałka bezszwowego stanowi lepszą barierę przed płynami ustrojowymi dzięki czemu ułatwia personelowi w utrzymaniu czystości płachty ratowniczej.

Odp. Zamawiający dopuszcza taką płachtę.