

Słupsk dnia 02. 04. 2019 r.

Sprawa nr: **SE-407/9/19**

Strona internetowa:

www.pogotowie.slupsk.pl

WYJAŚNIENIE

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu drogowego typu C wraz sprzętem medycznym.

W dniu 02 kwietnia 2019 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

CZĘŚĆ NR 2 - WYPOSAŻENIE MEDYCZNE I. Nosze główne

Pkt. 7 Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze bez dodatkowych rączek bocznych, które za wyjątkiem przytoczonego punktu spełniają pozostałe zapisy specyfikacji produktu? Wyjaśnienie: **Nosze STRYKER M1 6100** posiadają sztywną konstrukcję ramową, która umożliwia przenoszenie i podnoszenie ciężaru na całym obwodzie noszy przez dowolną ilość osób.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga sztywnej konstrukcji ramowej noszy i transportera dopuszczając jednocześnie nosze bez dodatkowych rączek bocznych.